

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Датчик уровня и скорости водного потока WSD-600S-R
АБСЦ.468367.030 собрано и упаковано согласно требованиям,
предусмотренных технической документацией

Упакован _____/_____

Дата _____

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик уровня и скорости водного потока WSD-600S-R
Серийный № _____ соответствует технической документации признан
годным к эксплуатации.

_____/_____

Дата _____



ООО «БИОМ Электроникс»



**Датчик уровня и скорости водного потока
WSD-600S-R**

АБСЦ.468367.030ПС

Паспорт



ИСО 9001



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Датчик уровня и скорости водного потока WSD-600S-R. Используется для фиксации уровня воды в каналах, руслах рек, на гидротехнических сооружениях, в автоматическом режиме.

1.2 Измеряет изменение уровня жидкости от заданных первоначальных значений, при превышении определенного порога происходит срабатывание тревожного сигнала.

1.3 Измеряет скорость водного потока в автоматическом режиме.

1.4 Режим работы пирометра круглосуточный.

1.5 Изделие устанавливается на плоскую поверхность или опору при помощи кронштейна входящего в комплект поставки.

1.6 Подключается к компьютеру через интерфейс RS 485, протокол передачи данных Modbus RTU, для удаленного мониторинга.

1.7 Стандартная длина кабеля для подключения в комплекте не более 5 метров

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Круглосуточный режим работы.

2.2 Диапазон измеряемых уровней, от 10 см до 30 м.

2.3 Диапазон измеряемых скоростей водного потока от 0.1 м/с до 20 м/с.

2.4 Напряжение питания 7...30В постоянного тока.

2.5 Габаритные размеры 160 x 100 x 140 мм.

2.6 Менее 1 кг. (без упаковки).

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Количество	Примечание
Датчик уровня и скорости водного потока WSD-600S-R	1 шт.	4G LTE доп. опция
Кронштейн	1 шт.	
Кабель подключения 1м.	1 шт.	с расп. коробкой
Хомут	2 шт.	
Паспорт	1 шт.	
Упаковка	1 шт.	

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

4.3 Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня приемки устройства на предприятии-изготовителе.

4.4 Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

4.5 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические или электрические повреждения, вызванные стихийными бедствиями (наводнения, пожары, военными действиями) и иными событиями непреодолимой силы.

4.6 Гарантия не распространяется на изделия, неисправность которых вызвана воздействием на них высокого напряжения (удар молнии, электростатические разряды, превышение питающего напряжения).

4.7 Гарантия не распространяется, если неисправность возникла в результате несоблюдения условий эксплуатации оборудования.